

DEKLARACJA

ZGODNOŚCI UE

WYTWÓRCA REH4MAT SŁAWOMIR WROŃSKI DEKLARUJE, ŻE
WYRÓB: ORTEZA BIODRA
LISTA MODELI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

o przewidzianym zastosowaniu: zapewnienie kompresji, stabilizacji i odciążenia stawu biodrowego. Stosowana w leczeniu schorzeń w ortopedii, neurologii, reumatologii czy rehabilitacji.

Oznaczony znakiem CE został zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I, według reguły 1, zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie wyrobów medycznych.

Powyższy wyrób, którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.

Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.

W celu wykazania bezpieczeństwa i skuteczności działania wyrobu medycznego, do oceny zgodności zastosowano następujące normy:

PN-EN ISO 20417:2021-10

Wyroby medyczne -- Informacje dostarczane przez wytwórcę.

PN-EN ISO 21856:2023-01

Produkty wspomagające -- Wymagania ogólne i metody badań.

PN-EN ISO 15223-1:2022-01

Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania wraz z informacjami dostarczonymi przez producenta
-- Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN ISO 13485:2016-04

Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych.

PN-EN ISO 14971:2020-05

Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych.



reimat WŁAŚCICIEL
Sławomir Wroński

NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYTWÓRCY
REH4MAT SŁAWOMIR WROŃSKI, 36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, UL. PIASKI 47, POLSKA
NIEPOWTARZALNY NUMER REJESTRACYJNY (SRN): PL-MF-000009271

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DEKLARACJI ZGODNOŚCI

WYRÓB - ORTEZA BIODRA
MODELE:

AM-SB/1RE
AM-ADS-R
AM-SB/2R
ORTEZA BIODRA AM-SB-01
ORTEZA BIODRA AM-SB-02
ORTEZA BIODRA AM-SB-03
ORTEZA BIODRA AM-SB-04
ORTEZA BIODRA AM-SB-05
ORTEZA BIODRA AM-SB-06

(Basic UDI-DI 59009497AM-SB/1REXC),
(Basic UDI-DI 59009497AM-ADS-RNC),
(Basic UDI-DI 59009497AM-SB/2RP4),
(Basic UDI-DI 59009497AM-SB-01LL),
(Basic UDI-DI 59009497AM-SB-02LN),
(Basic UDI-DI 59009497AM-SB-03LQ),
(Basic UDI-DI 59009497AM-SB-04LS),
(Basic UDI-DI 59009497AM-SB-05LU),
(Basic UDI-DI 59009497AM-SB-06LW).



reimat WŁAŚCICIEL

Sławomir Wroński

NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYTWÓRCY
REH4MAT SŁAWOMIR WROŃSKI, 36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, UL. PIASKI 47, POLSKA
NIEPOWTARZALNY NUMER REJESTRACYJNY (SRN): PL-MF-000009271